



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
Федеральное бюджетное учреждение  
"Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области"  
(ФБУ "Ростест-Москва")



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA.RU.311320

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ АБ 0168719

Действительно до 30 августа 2022 г.

Средство измерений

Термогигрометр

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в

"Ива-6", мод. "Ива-6А", Госреестр № 13561-05

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер

3760

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с ЦАРЯ.2.772.001 РЭ Термогигрометр Ива-6А, Ива-6Н. Руководство по эксплуатации. Раздел 10. Согласовано ГЦИ СИ ФГУ «Менделеевский ЦСМ» в сентябре 2005 г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: 3.1.ZTT.1946.2017, 3.1.ZTT.2434.2018

регистрационный номер и(или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов:

Температура воздуха: 21 °С

Относительная влажность: 56 %

Атмосферное давление: 100,3 кПа

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки



Начальник отдела

должность руководителя подразделения

подпись

Ломакина Ирина Викторовна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

31 августа 2021 г.

подпись

Гулевич Елизавета Андреевна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

За начальника  
отдела  
по приказу  
от 02.04.19 № 110  
Инженер  
С.К. Мацнев



## МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ



№ АБ 168719

117418 Москва, Нахимовский пр., 31  
Call-Центр: 495-544-00-00  
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96  
Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru

ООО "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "СОАЕЙСТВЕНЕ"