

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)

Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ АБ 0190690

Действительно до 23 августа 2022 г.

Средство измерений **Барометр-анероид метеорологический БАММ-1**,
Госреестр №5738-76

заводской (серийный) номер 1469

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объёме

в соответствии с МИ 2705-2013

с применением эталонов: 3.1.ZTT.1252.2015

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего
воздуха 21,1 °С; относительная влажность окружающего воздуха 44,7%; атмосферное
давление 99,86 кПа

и на основании результатов **первичной (периодической) поверки**
признано пригодным к применению

Знак поверки
Инженер по метрологии I
кат.

Морозов Алексей Валерьевич

Поверитель

Розанов Альберт Львович

Дата поверки

24 августа 2021 г.

За начальника
отдела
по приказу
от 02.04.19 № 110
Инженер I кат.
А.В. Морозов

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

Результаты поверки

1. Диапазон измерений от 80 до 106 кПа
2. Предел допускаемой основной погрешности при введении поправок и соблюдении условий эксплуатации не более ±0,2 кПа
3. Поправки шкалы:

Отметка шкалы	Поправка	Отметка шкалы	Поправка
80	0,19	94	0,00
82	0,19	96	0,02
84	0,10	98	0,02
86	0,10	100	0,00
88	0,05	101	0,00
90	0,00	102	-0,07
92	0,00	104	-0,10
		106	-0,10

Поверитель

подпись

Розанов Альберт Львович

инициалы, фамилия

117418 Москва, Нахимовский пр., 31
Call-Центр: 495-544-00-00
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96
Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru