

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»)



Регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.311320

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ**  
№ АБ 0193583

Действительно до 28 августа 2021 г.

Средство измерений Штангенциркуль двусторонний с глубиномером  
ШЦ-I (0-150) мм, ц/д 0,1 мм, Госреестр №33746-07  
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 022007615

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объёме

в соответствии с ГОСТ 8.113-85

с применением эталонов: 3.1.ZTT.2258.2018

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 20,8 °С

и на основании результатов **первичной (периодической) поверки**  
признано пригодным к применению

Знак поверки  
Начальник отдела

обязанность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Поверитель


Дата поверки 27 августа 2020 г.

Кондрашова Екатерина  
Николаевна

фамилия, имя отчество (при наличии)

Гирина Валентина Павловна

фамилия, имя отчество (при наличии)



117418 Москва, Нахимовский пр., 31  
Call-Центр: 495-544-00-00  
тел. 499-129-19-11 факс: 499-124-99-96  
Email: info@rostest.ru, www.rostest.ru