



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ТТ/18-04-2022/149394521

Действительно до 17 апреля 2023 г.

Средство измерений

Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М, Госреестр № 34031-07

наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер

703

заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

—

поверено

в полном объёме

наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с

2АМБ.169.001 МП

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением
эталонов

Киловольтметр спектральный цифровой КВЦ-120, госреестр № 41104-09, № 3092,
2 разряда, Амперметр цифровой СА3010/1, госреестр № 27219-04, № 1070, 2
разряда

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих
значениях влияющих
факторов

температура воздуха: 22 °С; отн.влажность: 5,1 %; атмосферное давление: 753 мм
рт.ст.; напряжение сети: 221 В; частота сети: 50 Гц; коэф. гармоник: 1,7 %;

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-149394521>

Поверитель

Герасимов А.В.

фамилия и инициалы

Знак поверки



Начальник отдела

*должность руководителя или другого
уполномоченного лица*

Дата поверки

18 апреля 2022 г.

Крысанов И.Ю.

подпись

фамилия и инициалы