



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ТТ/18-04-2022/149228005

Действительно до 17 апреля 2023 г.

Средство измерений

Устройства комплектные испытательные Сатурн-М и Сатурн-М1, Сатурн-М, Госреестр № 21908-01

наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений

заводской номер

3831

заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе
поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с

Устройства комплектные испытательные Сатурн-М и Сатурн-М1. Методика поверки. Приложение 3 к Руководству по эксплуатации 4222-006-17326295-96 РЭ. Согласован ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов

Амперметр переменного тока ЦА8500/2, госреестр № 37459-08, № 150349, 2 разряд;
Трансформатор тока измерительный лабораторный ТТИ-5000.51, госреестр № 55278-13, № 26-16, 1 разряд

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях
влияющих факторов

температура воздуха: 21,6 °С, относительная влажность: 52 %, атмосферное давление: 100,5 кПа

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов *периодической* поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-149228005>

Поверитель

Зинин А.Н.

фамилия и инициалы

Знак поверки

Начальник отдела

должность руководителя или другого уполномоченного лица

подпись

Пантелеева Я.А.

фамилия и инициалы

Дата поверки

18 апреля 2022 г.