



# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение  
«Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»

ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА»

RA.RU.311320

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ТТ/18-04-2022/149628391

Действительно до 17 апреля 2023 г.

Средство измерений

Тепловизоры инфракрасные Fluke мод. Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110,  
TiR125, мод. TiR105, Госреестр № 52095-12

заводской номер

наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений  
14080423

заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе  
поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки

в соответствии с

МП 52095-12

наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов

Источник излучения в виде модели черного тела серии M340, госреестр № 16045-08, № M0025136, 2 разряд

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях  
влияющих факторов

температура воздуха: 21 °С, относительная влажность: 51 %, атмосферное давление:  
100,3 кПа

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-149628391>

Поверитель  
Знак поверки

Подобедов Д.И.

фамилия и инициалы

Начальник отдела

Ломакина И.В.

фамилия и инициалы

должность руководителя или другого  
уполномоченного лица

подпись

Дата поверки

18 апреля 2022 г.